

Product Code	Product Name	Pack	Unit	Measr. Range	Reff. Range	Expiry
12014004	ASO	30 T	IU/mL	50 - 1000	0 - 200	9 months
12014007	CRP	30 T	mg/L	0.5-300	0.0 - 6.0	9 months
12014010	RF	30 T	IU/mL	10 - 100	0 - 18	9 months
12014019	HbA1c	30 T	%	3 -15	4 - 6	9 months
12014013	Microalbumin	30 T	mg/L	5 - 200	0 -25	9 months
12014023	Ferritin	10 T	ng/mL	1 -750	30 - 220	9 months
12014014	Cystatin C	10 T	mg/L	0.1-10	0.56 -1.02	9 months
12014052	IgM	10 T	mg/dL	15-400	35 -220	9 months
12014038	hsCRP	10 T	mg/L	0.15 - 10	1.0 - 2.9	9 months
12014020	IgE	10 T	IU/mL	5 - 1000	28 - 140	9 months
12014054	IgG	10 T	mg/dL	360 - 3000	840 - 1700	9 months
12014053	IgA	10 T	mg/dL	35 - 630	110 - 410	9 months
12014044	Lp(a)	10 T	mg/dL	1 - 115	up to 30	9 months
12014032	Apo A1	10 T	mg/dL	15 - 300	107 - 177	9 months
12014033	Apo B	10 T	mg/dL	20 - 330	60- 138	9 months
12014034	C3	10 T	mg/dL	14 -400	90 - 180	9 months
12014035	C4	10 T	mg/dL	4 - 80	9 - 36	9 months
12014037	Haptoglobin	10 T	mg/dL	15-330	32-205	9 Months
12014026	D -Dimer	10 T	mg/L	0.05-10	0-0.5	9 Months
12014036	Ceruloplasmin	10 T	mg/dL	3 -101	22-61	9 Months
12014055	H. Pylori	10 T	U/mL	3-100	<10	9 Months
12014056	Vitamin D	10 T	ng/mL	7-100	***	9 Months
12014059	PCT	10 T	ng/mL	0.3-70	**	9 Months
12014060	PCT	30 T	ng/mL	0.3-70	**	9 Months

\*\*\*Deficiency: <20 | Insufficiency : 20 -30 | Sufficiency : 30 -100 | Hyper Vitaminosis : >100

**GLOBAL REVOLUTION AT ITS BEST**

Distributeur agréé exclusif  **SMS**  
DIAGNOSTICS

55, Rue Taha Houssein - 2034 - Ezzahra - Tunisie  
E-mail: [contact@sms-diagnostics.com](mailto:contact@sms-diagnostics.com)  
Tél: (+216) 79 48 48 80 - Fax: (+216) 79 48 48 74

  @sms.diagnostics.tn

**AGAPPE**

**AGAPPE DIAGNOSTICS SWITZERLAND GmbH**

Knonauerstrasse 54 - 6330 Cham, Switzerland.

Tel: +41 41 780 60 10 | Fax: +41 41 780 60 11 | [info@agappeswiss.com](mailto:info@agappeswiss.com) | [www.agappeswiss.com](http://www.agappeswiss.com)

YOUR BEST PARTNER IN DIAGNOSTICS



**Système à Cartouche  
pré-remplies**

- Cartouche de test unique,
- Stabilité jusqu'à l'expiration,
- 4 puits pour réactif requis pour un test spécifique,

**MISPA-i3**  
Automated Cartridge Based Specific Protein Analyser